

DATENBLATT

Wöhler TI 410 Taupunktindikator



Bestimmungsgemäße Verwendungen

Der Wöhler TI 410 darf ausschließlich zur Kontrolle von Rückstau an raumluftabhängigen Gasfeuerstätten verwendet werden. Die Anwendung des Geräts darf nur in Innenräumen erfolgen. Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

Anwendungen und Funktionalität

- Kontrolle von Abgasrückstau an Feuerstätten

Lieferumfang in der Grundversion

- Wöhler TI 410 Taupunktindikator
- Schwannenhals
- Batterien
- Schutzhülle für Indikator

Technische Daten

Messbereich	-40...100 °C
Auflösung	0,1 °C
Genauigkeit	±1 °C
Sensorplatine	doppelseitig
Stromversorgung	9 V Blockbatterie
Standzeit	ca. 100 Std.
Empfindlichkeitseinstellung	4 Stufen
Automatische Abschaltung	nach 4 Min.
Indikatoren	1. akustisch durch gepulsten Alarmton 2. optisch durch vierstufigen Balken 3. gegenüber der Umgebung erhöhte Temperaturanzeige